

报 告

合肥市生态环境局经开区环保分局：

2021年8月19日13时至18时我公司废水COD在线监测设备数据显示异常，13时监测数据为762.958，14时至18时监测数据为1270.7 mg/m³，我公司立即联系运维厂家安徽省碧水电子科技有限公司展开调查，调查发现在线监测设备九通阀故障导致校准信号异常，引起数据超标。

运维厂家于8月19日15:30维修九通阀，重新校准，18:45反测60mg/l标液数值为62.2mg/l符合要求，当日19:25分在线设备恢复正常，现已正常运行。

特此报告。

附：第三方运营单位报告

